ELECTRODE DEFIBRILLATEUR
Référence : 07162

RESUME

La paire d’electrode defibrillateur doit être utilisée sur une personne victime d'une fibrillation cardiaque. Elle est compatible avec le défibrillateur FRED PA-1 Schiller.

Les électrodes pour adultes doivent être utilisées sur des individus de plus de 8 ans de plus de 25 kg. Les câbles sortent du sachet pour être branchés au défibrillateur et sont donc prêtes à l'emploi.

Les électrodes pédiatriques non pré-connectées doivent être posées sur des enfants de moins de 8 ans et de moins de 25 kg.

Ces dernières sont à usage unique : une fois utilisées, elles doivent être changées.

Les points forts :

- Simple d’utilisation
- Pictogrammes de positionnement
- Électrodes auto-adhésives
- Suivi péremption : tag RFID sur les électrodes

DECLINAISONS

Type
Électrodes pour adultes
Électrodes pour enfants

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une paire d’electrode defibrillateur ?

La paire d’electrode defibrillateur doit être placée sur la poitrine de la personne en détresse cardiaque et sont connectées à un défibrillateur, qui délivre un choc électrique.

Cette dernière possède une surface adhésive qui colle à la peau de la poitrine du patient. Elles sont généralement pré-gélifiées pour garantir une conductivité électrique optimale. Les électrodes adhésives sont conçues pour être utilisées par des secouristes non professionnels.

Nous proposons des électrodes compatibles avec le défibrillateur entièrement automatique garantie 10 ans et défibrillateur semi-automatique Fred PA-1.

Les électrodes schiller ont une durée de vie limitée (entre 30 et 36 mois) et doivent être remplacées après une utilisation ou lorsqu'elles atteignent leur date d'expiration.

Ces dernières sont dotées d’un tag RFID qui permet de déclencher le voyant lumineux sur le défibrillateur. Ce voyant allumé alerte sur la nécessité de remplacer les électrodes 2 mois avant la date de péremption.

Quelles électrodes DAE choisir ?

Les électrodes adultes doivent être utilisées sur des individus âgés d'au moins 8 ans et de plus de 25 kg. Celles-ci sont pré-connectées, c’est-à-dire qu’elles sont déjà fixées à des câbles et sont prêtes à être appliquées sur le patient sans avoir à assembler quoi que ce soit. Le câble est en dehors du sachet. Cela permet de gagner un temps précieux lors d'une situation d'urgence.

Les électrodes pédiatriques doivent être utilisées sur des enfants de moins de 8 ans et de moins de 25 kg. Ces dernières sont non pré-connectées : le câble est situé à l'intérieur du sachet, avec les électrodes.

Nous proposons aussi une pile au lithium.

Caractéristiques techniques

Longueur du câble électrode adulte : 1,90 m

Longueur du câble électrode pédiatrique : 1,60 m

Durée de vie : 30 à 36 mois